

部門	検査機器	設置場所	保守点検	依頼者が可能な確認方法		
放射線科	MRI	MRI室1	外部点検：2回/年	外部点検記録の閲覧		
		MRI室2	日常点検：日常点検表にて毎日記録	日常点検表の閲覧		
	X線	C棟1階一般撮影室	外部点検：1回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧		
	血管撮影装置	心カテ室、頭腹部アンギオ室、救急アンギオ室 計3台	外部点検：2回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧		
CT	救急CT室 1台 C棟CT室2台	外部点検：4回/年 日常点検：日常点検表にて毎日記録	外部点検記録の閲覧 日常点検表の閲覧			
検査部	超音波診断装置	心臓超音波室 4台	ISO取得、(2023年1月末まで有効) 外部点検：なし	機器間差記録の閲覧 日常点検表の閲覧		
		腹部等超音波室 5台	日常点検：チェックリストに基づき、記録	技師間差記録の閲覧		
	ABR機器	脳波室 1台	外部点検：なし。 日常点検：チェックリストに基づき、火・水使用時記録	日常点検表の閲覧		
	心電計	心電図室 4台	ISO取得。(2023年1月末まで有効) 外部点検：なし 毎月校正波の確認、機器間差点検 ISOも日々の保守点検と校正波の記録で対応し問題ない。	機器間差点検記録の閲覧 日常点検記録の閲覧 技師間差点検記録の閲覧		
			遠心分離器	検体処理室 4台	外部点検：なし 日常点検：目視で異常を点検。ハンディタコメーターで年1回チェック	機材校正記録表の閲覧
			冷却遠心分離器	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：目視で異常を点検。ハンディタコメーターで年1回チェック	機材校正記録表の閲覧
	ESR(赤沈)	検体処理室	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、記録 日々のコントロール測定表あり	制度管理記録の閲覧		
	冷蔵庫(外付け温度計)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧		
	冷凍庫(温度計内臓)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧		
	ディープフリーザー(温度計内臓)	検体処理室 1台	外部点検：なし 日常点検：チェックリストに基づき、毎日記録	日常点検表の閲覧		
診療部門	内視鏡(上部)	消化器センター	外部点検：2回/年 結果は師長保管	外部点検記録の閲覧		
	内視鏡(下部)	消化器センター	外部点検：2回/年 結果は師長保管	外部点検記録の閲覧		
	身長計	1階 化学療法室 2階 消化器診察室	手動のため該当しない			
	体重計	1階 各診察室・化学療法室 2階 消化器診察室	外部点検：京都府計量協会 1回/2年 日常点検：作動確認 記録なし			
	自動血圧計	1階 内科・外科待合室 2階消化器待合室	外部点検：なし 日常点検：始業点検 使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧		
薬剤部	治験薬保管庫(室温)	地下 薬剤部 2階治験管理室	日常点検：休日を除く毎日 温度計の外部点検なし	日常点検表の閲覧		
	治験薬保管庫(常温)		恒温槽貸与希望			
	治験薬冷蔵庫		冷蔵庫貸与希望			
	体温計	治験管理室	外部点検：なし 日常点検：作動確認 使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧		
	パルスオキシメーター	治験管理室	外部点検：なし 日常点検：使用時の記録あり(CRC)	使用時記録表の閲覧		